

Протокол №62
итоги проведения закупа медицинских изделий (МТ)
способом запроса ценовых предложений

г.Кокшетау

от 07 ноября 2024г.

1. Организатором закупок способом запроса ценовых предложений является ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Почтовый адрес г.Кокшетау, ул. Ауельбекова, 94
2. Закуп медицинских изделий (МТ) способом запроса ценовых предложений в соответствии с главой 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 №110
3. Сумма выделенная для закупа - 3 708 000,00 (три миллиона семьсот восемь тысяч тенге 00тиын)
4. Потенциальные поставщики представившие ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:
- 1) ИП «Захарова Л.А.» г.Астана, р-н Сарыарка, ул. И.Кутпанова, 28/54 (18ч.10м., 04.11.2024г.)
5. Комисссия в составе : Сыздык Р.Т. зам.главного врача по лечебной работе, Баяшева Г.Е. – гл. бухгалтер, Жусупов Н.А. – метролог, рассмотрев ценовое предложение потенциального поставщика

РЕШИЛА:

1. По лоту №1 «Микроскоп» (Зед) приложение №1 (на основании подачи одного ценового предложения) - признать победителем ИП «Захарова Л.А.» на общую сумму 3 294 000,00 (три миллиона двести девяносто четыре тысяч тенге 00тиын)

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
 - 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 - 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 - 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
 - 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
 - 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
- Адрес поставки: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94

Сыздык Р.Т.

Баяшева Г.Е.

Жусупов Н.А.

Оспанова Б.А. (секретарь)

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	<p>Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)</p>	<p>Микроскоп Рег. удостоверение РК-МТ-5№018867 от09.08.2023г. Страна производитель Германия</p>			
2	Требования комплектации	к	<p>№ п/п Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</p>	<p>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</p>	<p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p>
Основные комплектующие					
			1. Микроскоп	<p>Бинокулярный микроскоп высокого качества, разработанный для общего использования в лабораториях (например, в сферах: биологии, бактериологии, цитологии, гистологии, фармацевтической химии), поликлиниках. Независимый от электропитания: батарея на не менее 30 часов работы. Освещение на не менее 11 000 часов работы. Не требует синего фильтра.</p> <p>Объектив: Ахроматическая оптическая система, антигрибковое покрытие.</p> <p>Тубус: Безкомпенсационная бинокулярная поворотная на не менее 360° головка осветительного типа, с наклоном на не менее 30°. Длина тубуса: не более 160 мм.</p> <p>Тип: Доступна бинокулярная компенсация;</p> <p>Окуляр: поле просмотра диапазон не менее 10x 18 мм, Ø не более 23.2 мм</p> <p>Номер поля: не менее 18 мм;</p> <p>Наклон трубы: угол от не более 10° до не менее 30° окуляры можно выдвигать на не менее 40 мм.</p> <p>Вращение: не менее 360°</p> <p>Окулярная трубка наклонена на не менее 45°</p> <p>Интерполярный диапазон регулировки расстояния: не более 53-не менее 75 мм;</p> <p>Фокусировка: Диапазон полного хода: не менее 15 мм, Фокусировочный ход посредством вращения: не более 0.4 мм</p> <p>Градация штриховки: не более 1мкм, Коаксиальная/острая фокусировка:</p>	1 шт.

		<p>Фокусное расстояние: не более 45 мм;</p> <p>Диоптрийный механизм не более +/- 5</p> <p>Револьвер объектива: 4-х позиционный</p> <p>Объективы:</p> <p>не более 4 x / 0.1 / 37,38 мм /</p> <p>не более 10 x / 0.25 / 6.61 мм /</p> <p>не более 40x / 0.65 / 0.64 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой</p> <p>не более 100 x / 1.25 (масло) / 0.194 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой</p> <p>Диапазон перемещения: не более 50 мм</p> <p>X-направление X не более 20 мм Y-направление</p> <p>Держатель образцов: двойной слайдовый держатель;</p> <p>Подставка: Мех. размеры не более 115 x не менее 123 мм, диапазон не более 30 x не менее 70 мм.</p> <p>Конденсатор Аббе, с держателем фильтров, дневной (синий) фильтр</p> <p>Апертурная диафрагма: встроенная</p> <p>Источник света: светодиодная лампа не менее 3.6 V 0.3 W</p> <p>Интенсивность: регулируемая</p> <p>Срок службы светодиодной лампы: составляет не менее 10 000 часов, перезаряжаемая батарея в течение не менее 30 часов не требует постоянного электропитания.</p> <p>Внешний источник питания не более 110...230 VAC или перезаряжаемые батареи не более 3 x не менее 1.2 V 1800 А/ч, время работы не менее 30 ч.</p> <p>Размеры (Ш X В): не более 285 X 470 X 250 мм</p> <p>Вес: не более 4.85 кг</p>
		Дополнительные комплектующие
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
3	Требования к условиям эксплуатации	<p>Температура окружающего воздуха: от +15 до +35°C</p> <p>Относительная влажность, без конденсации: от 20 до 85 % без конденсации</p>
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	<p>В течении 30 календарных дней со дня заключения договора</p> <p>Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника</p>
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской

	<p>техники работы и т.п.;</p> <ul style="list-style-type: none">- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
--	--